

# Scheda Prodotto

24/09/2021

CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: CTDNA.CE.100

**€ 2.990,00 / pezzo**

## CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA Real-Time PCR - Kit da 100 Reazioni

Fornitore [4BSHOP LAB SRLS](#)

Immunologia delle malattie infettive - Codice CND: W0105010117 - Codice CPV: 33696000-5

**MERCATO ELETTRONICO**



**AREA DI CONSEGNA/EROGAZIONE:**  
ITALIA



**CODICE ARTICOLO FORNITORE**  
CTDNA.CE.100

### Classificazioni

**CND**

Classificazione Nazionale  
dei Dispositivi Medici

W0105010117

### Caratteristiche

**Marca**

Dia.Pro - Diagnostic Bioprobes

**Fornitore**

4BSHOP LAB SRLS

**Tempo di consegna**

25

**Tipo di contratto**

acquisto

**Aggiornamento**

2021-09-21 15:01:14.496

**Tempo di Consegna**

25 giorni lavorativi

**Classe prevista**

SI

**Garanzia aggiuntiva  
prevista**

NO

**Unità di misura per  
disponibilità minima  
garantita**

pezzo

**Unità di misura per**

pezzo

lotto minimo per unità di vendita	
Assistenza aggiuntiva prevista	SI
Assistenza aggiuntiva	telefonica
Garanzia aggiuntiva	
Disponibilità minima garantita (numero)	240
Disponibilità minima garantita.	240 pezzo
Biomarcatore previsto	SI
Campione previsto	SI
Codice CPV	33696000-5
Lotto minimo per unità di vendita (numero)	3
Lotto minimo per unità di vendita	3 pezzo
Marca	Dia.Pro - Diagnostic Bioprobes
Metodo di analisi	Real-Time PCR
Parametri previsti	SI
Reagenti previsti	SI
Tipologia di reagenti	Master mix, Probes liofilati, H <sub>2</sub> O MG, CRT negativo, CRT liofilato positivo alto e basso, CI liofilato
Tipologia biomarcatore	marcatore fluorescente FAM, JOE
Tipologia di parametri	Sensibilità diagnostica 100%, Specificità diagnostica > 99,5%
Classe	allegato II elenco B
Identificativo di Registrazione BD/RDM	1316868

<b>Tipo di campione</b>	tamponi uretrali/cervicali e urine		
<b>Uso previsto</b>	Kit per la rilevazione del genoma del Virus Chlamydia Trachomatis in campioni umani		
<b>Iniziativa</b>	<b>ME</b>	<b>BENI</b>	Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica  <b>ATTIVA</b> <b>07/06/2017</b>

## Allegati

[Scheda-Tecnica-CHLAMYDIA-TRACHOMATIS-DNA-it.pdf](#)

## Ricorda!

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.