

# Scheda Prodotto

24/09/2021

CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: CTDNA.CE.150

**€ 4.390,00 / pezzo**

## CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA Real-Time PCR - Kit da 150 Reazioni

Fornitore 4BSHOP LAB SRLS

Immunologia delle malattie infettive - Codice CND: W0105010117 - Codice CPV: 33696000-5

**MERCATO ELETTRONICO**



**AREA DI CONSEGNA/EROGAZIONE:**  
ITALIA



**CODICE ARTICOLO FORNITORE**  
CTDNA.CE.150

### Classificazioni

**CND**

Classificazione Nazionale  
dei Dispositivi Medici

W0105010117

### Caratteristiche

**Marca**

Dia.Pro - Diagnostic Bioprobes

**Fornitore**

4BSHOP LAB SRLS

**Tempo di consegna**

25

**Tipo di contratto**

acquisto

**Aggiornamento**

2021-09-21 15:01:17.001

**Tempo di Consegna**

25 giorni lavorativi

**Classe**

allegato II elenco B

**Assistenza aggiuntiva  
prevista**

SI


**Assistenza aggiuntiva**

telefonica

**Unità di misura per  
disponibilità minima  
garantita**

pezzo

Unità di misura per lotto minimo per unità di vendita	pezzo
Classe prevista	SI
Garanzia aggiuntiva prevista	NO
Garanzia aggiuntiva	
Lotto minimo per unità di vendita (numero)	2
Lotto minimo per unità di vendita	2 pezzo
Biomarcatore previsto	SI
Codice CPV	33696000-5
Reagenti previsti	SI
Campione previsto	SI
Marca	Dia.Pro - Diagnostic Bioprobes
Metodo di analisi	Real-Time PCR
Parametri previsti	SI
Tipologia di reagenti	Master mix, Probes liofili,H2O MG,CRT negativo,CRT liofilo positivo alto e basso ,Cl liofilo
Disponibilità minima garantita (numero)	160
Disponibilità minima garantita.	160 pezzo
Tipologia biomarcatore	marcatore fluorescente FAM, JOE
Tipologia di parametri	Sensibilità diagnostica 100%, Specificità diagnostica > 99,5%
Identificativo di Registrazione BD/RDM	1316869

<b>Tipo di campione</b>	tamponi uretrali/cervicali e urine		
<b>Uso previsto</b>	Kit per la rilevazione del genoma del Virus Chlamydia Trachomatis in campioni umani		
<b>Iniziativa</b>	<b>ME</b>	<b>BENI</b>	Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica  <b>ATTIVA</b> <b>07/06/2017</b>

## Allegati

[Scheda-Tecnica-CHLAMYDIA-TRACHOMATIS-DNA-it.pdf](#)

## Ricorda!

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.