

Scheda Prodotto

24/09/2021

CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: CMVDNAQT.2G.CE.100

€ 2.990,00 / pezzo

CMV (Cytomegalovirus) DNA QUANTITATION (QT)

2nd Generation Real-Time PCR - Kit da 100

Reazioni

Fornitore [4BSHOP LAB SRLS](#)

Immunologia delle malattie infettive - Codice CND: W0105040205 - Codice CPV: 33696000-5

MERCATO ELETTRONICO



AREA DI CONSEGNA/EROGAZIONE:
ITALIA



CODICE ARTICOLO FORNITORE
CMVDNAQT.2G.CE.100

Classificazioni

CND

Classificazione Nazionale
dei Dispositivi Medici

W0105040205

Caratteristiche

Marca

Dia.Pro - Diagnostic Bioprobes

Fornitore

4BSHOP LAB SRLS

Tempo di consegna

30

Tipo di contratto

acquisto

Aggiornamento

2021-09-21 15:02:27.951

Tempo di Consegna

30 giorni lavorativi

Biomarcatore previsto

SI

Campione previsto

SI

Codice CPV

33696000-5


Marca

Dia.Pro - Diagnostic Bioprobes

Metodo di analisi

Real Time PCR

Metodo di analisi	Real-time PCR
Parametri previsti	SI
Reagenti previsti	SI
Classe	allegato II elenco B
Disponibilità minima garantita (numero)	240
Disponibilità minima garantita.	240 pezzo
Identificativo di Registrazione BD/RDM	1316861
Tipo di campione	sangue, plasma, liquido amniotico
Tipologia biomarcatore	marcatore fluorescente FAM, JOE/VIC
Tipologia di parametri	Sensibilità diagnostica 100%, Specificità diagnostica 100%
Tipologia di reagenti	Master mix, Primer/probe liofili,H2O MG,CRT negativo,Standard quantitativo liofilo,CI liofilo
Uso previsto	Kit per la rilevazione del genoma del Virus Cytomegalovirus (CMV) in campioni umani
Assistenza aggiuntiva prevista	SI
Assistenza aggiuntiva	telefonica
Unità di misura per disponibilità minima garantita	pezzo
Unità di misura per lotto minimo per unità di vendita	pezzo
Garanzia aggiuntiva prevista	NO
Garanzia aggiuntiva	
Classe prevista	SI

Lotto minimo per unità di vendita (numero)	3		
Lotto minimo per unità di vendita	3 pezzo		
Iniziativa	ME	BENI	Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica  ATTIVA 07/06/2017

Allegati

[Scheda-Tecnica-CMV-DNA-QT-it.pdf](#)

Ricorda!

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.