

# Scheda Prodotto

24/09/2021

CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: CMVDNAQT.2G.CE.150

**€ 4.390,00 / pezzo**

**CMV (Cytomegalovirus) DNA QUANTITATION (QT)**

**2nd Generation Real-Time PCR - Kit da 150**

**Reazioni**

Fornitore [4BSHOP LAB SRLS](#)

Immunologia delle malattie infettive - Codice CND: W0105040205 - Codice CPV: 33696000-5

**MERCATO ELETTRONICO**



**AREA DI CONSEGNA/EROGAZIONE:**  
ITALIA



**CODICE ARTICOLO FORNITORE**  
CMVDNAQT.2G.CE.150

## Classificazioni

**CND**

Classificazione Nazionale  
dei Dispositivi Medici

W0105040205

## Caratteristiche

**Marca**

Dia.Pro - Diagnostic Bioprobes

**Fornitore**

4BSHOP LAB SRLS

**Tempo di consegna**

30

**Tipo di contratto**

acquisto

**Aggiornamento**

2021-09-21 15:02:28.52

**Tempo di Consegna**

30 giorni lavorativi

**Garanzia aggiuntiva  
prevista**

NO


**Unità di misura per  
disponibilità minima  
garantita**

pezzo

**Unità di misura per**

pezzo

lotto minimo per unità di vendita	
Assistenza aggiuntiva prevista	SI
Classe prevista	SI
Garanzia aggiuntiva	
Assistenza aggiuntiva	telefonica
Lotto minimo per unità di vendita (numero)	2
Lotto minimo per unità di vendita	2 pezzo
Marca	Dia.Pro - Diagnostic Bioprobes
Biomarcatore previsto	SI
Campione previsto	SI
Codice CPV	33696000-5
Metodo di analisi	Real-Time PCR
Parametri previsti	SI
Reagenti previsti	SI
Classe	allegato II elenco B
Disponibilità minima garantita (numero)	160
Disponibilità minima garantita.	160 pezzo
Identificativo di Registrazione BD/RDM	1316862
Tipo di campione	sangue, plasma, liquido amniotico
Tipologia biomarcatore	marcatore fluorescente FAM, JOE/VIC
Tipologia di parametri	Sensibilità diagnostica 100%, Specificità diagnostica 100%

<b>Tipologia di reagenti</b>	Master mix, Primer/probe liofilati, H <sub>2</sub> O MG, CRT negativo, Standard quantitativo liofilato, CI liofilato		
<b>Uso previsto</b>	Kit per la rilevazione del genoma del Virus Cytomegalovirus (CMV) in campioni umani		
<b>Iniziativa</b>	<b>ME</b>	<b>BENI</b>	Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica  <b>ATTIVA</b> <b>07/06/2017</b>

## Allegati

[Scheda-Tecnica-CMV-DNA-QT-it.pdf](#)

## Ricorda!

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.