

# Scheda Prodotto

24/09/2021

CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: COVAG.CE

**€ 169,00 / pezzo**

## COVID-19 Antigen Test - Test Rapido per la ricerca dell'antigene SARS-CoV-2 Kit da 25 Mono-Test

Fornitore 4BSHOP LAB SRLS

Test antigenico per la rilevazione del virus Covid - Sensibilità analitica minima: 96 - Sensibilità clinica minima: 98 - Codice CND: W0105040619 - Codice CPV: 33124110-9

**MERCATO ELETTRONICO**



**AREA DI CONSEGNA/EROGAZIONE:**  
ITALIA



**CODICE ARTICOLO FORNITORE**  
COVAG.CE

### Classificazioni

**CND**

Classificazione Nazionale  
dei Dispositivi Medici

W0105040619

### Caratteristiche

**Marca**

Dia.Pro - Diagnostic Bioprobes

**Fornitore**

4BSHOP LAB SRLS

**Tempo di consegna**

3

**Tipo di contratto**

acquisto

**Aggiornamento**

2021-08-18 15:00:05.283

**Tempo di Consegna**

3 giorni lavorativi

**Lotto minimo per unità di vendita**

**Classe prevista**

NO


**Garanzia aggiuntiva prevista**

NO

**Unità di misura per**

pezzo

Unità di misura per disponibilità minima garantita	pezzo
Assistenza aggiuntiva prevista	SI
Codice CPV	33124110-9
Garanzia aggiuntiva	
Assistenza aggiuntiva	telefonica
Metodo di analisi per test antigenico	metodo antigenico al punto di prelievo (POCT)
Metodologia di esecuzione del test molecolare e antigenico	tampone nasofaringeo
Tempo di risposta dei test molecolare e sierologici	
Tempo di risposta minimo del test antigenico (numero)	15
Tempo di risposta minimo del test antigenico	15 minuti
Tipologia di test	antigenico
Unità di misura del tempo di risposta minimo del test antigenico	minuti
Certificazioni	5
Componenti a corredo per test antigenico e molecolare	dispositivo di test, 1 tampone nasofaringeo, 1 provetta di estrazione con reagente, 1 gocciolatore
Disponibilità minima garantita (numero)	40

Disponibilità minima garantita.	40 pezzo		
Marca	Dia.Pro - Diagnostic Bioprobes		
Scadenza del test antigenico e molecolare	30/07/2022		
Sensibilità analitica minima per il test antigenico	96		
Sensibilità clinica minima per il test antigenico	98		
Specificità per il test antigenico e sierologico	98		
Iniziativa	ME	BENI	Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica  ATTIVA 07/06/2017

## Allegati

[Mepa-COVID-19-RAPID-TEST-it.pdf](#)

## Ricorda!

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.