

# Scheda Prodotto

24/09/2021

CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: ENTERORNA.CE.150

**€ 4.390,00 / pezzo**

**ENTEROVIRUS (Enterovirus spp) RNA Real-Time**

**PCR - Kit da 150 Reazioni**

Fornitore 4BSHOP LAB SRLS

Immunologia delle malattie infettive - Codice CND: W0105040502 - Codice CPV: 33696000-5

**MERCATO ELETTRONICO**



**AREA DI CONSEGNA/EROGAZIONE:**

ITALIA



**CODICE ARTICOLO FORNITORE**

ENTERORNA.CE.150

## Classificazioni

**CND**

Classificazione Nazionale  
dei Dispositivi Medici

W0105040502

## Caratteristiche

**Marca**

Dia.Pro - Diagnostic Bioprobes

**Fornitore**

4BSHOP LAB SRLS

**Tempo di consegna**

25

**Tipo di contratto**

acquisto

**Aggiornamento**

2021-09-21 15:01:27.728

**Tempo di Consegna**

25 giorni lavorativi

**Garanzia aggiuntiva  
prevista**

NO

**Unità di misura per  
disponibilità minima  
garantita**

pezzo

**Unità di misura per  
lotto minimo per unità  
di vendita**

pezzo

Assistenza aggiuntiva prevista	SI
Assistenza aggiuntiva	telefonica
Classe prevista	NO
Garanzia aggiuntiva	
Biomarcatore previsto	SI
Campione previsto	SI
Codice CPV	33696000-5
Marca	Dia.Pro - Diagnostic Bioprobes
Metodo di analisi	Real-Time PCR
Parametri previsti	SI
Reagenti previsti	SI
Tipologia di reagenti	Master mix, Probes liofilati, H <sub>2</sub> O MG, CRT negativo, CRT liofilato positivo alto e basso, CI liofilato
Disponibilità minima garantita (numero)	160
Disponibilità minima garantita.	160 pezzo
Lotto minimo per unità di vendita (numero)	2
Lotto minimo per unità di vendita	2 pezzo
Tipo di campione	plasma e liquido cerebrospinale
Tipologia biomarcatore	marcatore fluorescente FAM, JOE
Tipologia di parametri	Sensibilità diagnostica 100%, Specificità diagnostica > 99,5%
Uso previsto	Kit per la rilevazione del genoma del Virus Enterovirus in campioni umani



**Allegati**

[Scheda-Tecnica-ENTEROVIRUS-RNA-it.pdf](#)

**Ricorda!**

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.