

Scheda Prodotto

24/09/2021

CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: HBVDNAQT.CE.100

€ 3.990,00 / pezzo

HBV (Virus Epatite B) DNA QUANTITATION (QT)

Real-Time PCR - Kit da 100 Reazioni

Fornitore 4BSHOP LAB SRLS

Immunologia delle malattie infettive - Codice CND: W0105020216 - Codice CPV: 33696000-5

MERCATO ELETTRONICO



AREA DI CONSEGNA/EROGAZIONE:
ITALIA



CODICE ARTICOLO FORNITORE
HBVDNAQT.CE.100

Classificazioni

CND

Classificazione Nazionale
dei Dispositivi Medici

W0105020216

Caratteristiche

Marca

Dia.Pro - Diagnostic Bioprobes

Fornitore

4BSHOP LAB SRLS

Tempo di consegna

30

Tipo di contratto

acquisto

Aggiornamento

2021-09-21 15:02:13.272

Tempo di Consegna

30 giorni lavorativi

**Garanzia aggiuntiva
prevista**

NO


**Unità di misura per
disponibilità minima
garantita**

pezzo

**Unità di misura per
lotto minimo per unità
di vendita**

pezzo

Assistenza aggiuntiva prevista	SI
Classe prevista	SI
Garanzia aggiuntiva	
Assistenza aggiuntiva	telefonica
Lotto minimo per unità di vendita (numero)	3
Lotto minimo per unità di vendita	3 pezzo
Marca	Dia.Pro - Diagnostic Bioprobes
Biomarcatore previsto	SI
Campione previsto	SI
Classe	allegato II elenco A
Codice CPV	33696000-5
Disponibilità minima garantita (numero)	240
Disponibilità minima garantita.	240 pezzo
Identificativo di Registrazione BD/RDM	1322393
Metodo di analisi	Real-Time PCR
Parametri previsti	SI
Reagenti previsti	SI
Tipo di campione	plasma umano
Tipologia biomarcatore	marcatore fluorescente FAM, JOE
Tipologia di parametri	Sensibilità diagnostica 100%, Specificità diagnostica > 99,5%
Tipologia di reagenti	Mastermix - Beacon Amplification H2O-MG-CPT-competitive-Calibrator Standard

Tipologia di reagenti	Master mix, Primer/probe liofili,H2O MG,CRT negativo,Calibratore Standard Liofilo,CI liofilo		
Uso previsto	Kit per la rilevazione del genoma del Virus dell'Epatite B (HBV) in campioni umani		
Iniziativa	ME	BENI	Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica  ATTIVA 07/06/2017

Allegati

[Scheda-Tecnica-EBV-DNA-QT-it-low.pdf](#)

Ricorda!

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.