

# Scheda Prodotto

24/09/2021

CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: DRNA.CE.150

**€ 9.490,00 / pezzo**

**HDV (Virus Epatite Delta) RNA QUANTITATION (QT)**

**Real-Time PCR - Kit da 150 Reazioni**

Fornitore 4BSHOP LAB SRLS

Immunologia delle malattie infettive - Codice CND: W0105020406 - Codice CPV: 33696000-5

**MERCATO ELETTRONICO**



**AREA DI CONSEGNA/EROGAZIONE:**

ITALIA



**CODICE ARTICOLO FORNITORE**

DRNA.CE.150

## Classificazioni

**CND**

Classificazione Nazionale  
dei Dispositivi Medici

W0105020406

## Caratteristiche

**Marca**

Dia.Pro - Diagnostic Bioprobes

**Fornitore**

4BSHOP LAB SRLS

**Tempo di consegna**

30

**Tipo di contratto**

acquisto

**Aggiornamento**

2021-09-21 15:00:54.201

**Tempo di Consegna**

30 giorni lavorativi

**Assistenza aggiuntiva  
prevista**

SI

**Assistenza aggiuntiva**

telefonica

**Unità di misura per  
disponibilità minima  
garantita**


pezzo

**Unità di misura per**

pezzo

lotto minimo per unità di vendita	
Classe prevista	SI
Garanzia aggiuntiva prevista	NO
Garanzia aggiuntiva	
Lotto minimo per unità di vendita (numero)	2
Lotto minimo per unità di vendita	2 pezzo
Biomarcatore previsto	SI
Codice CPV	33696000-5
Reagenti previsti	SI
Campione previsto	SI
Classe	allegato II elenco A
Marca	Dia.Pro - Diagnostic Bioprobes
Metodo di analisi	Real-Time PCR
Parametri previsti	SI
Tipo di campione	plasma, siero umano
Tipologia biomarcatore	marcatore fluorescente FAM, JOE/VIC
Tipologia di parametri	Sensibilità diagnostica 100%, Specificità diagnostica 100%
Tipologia di reagenti	Master mix, Probes liofili,H2O MG,CRT negativo,CRT liofilo positivo alto e basso ,Cl liofilo
Uso previsto	Kit per la rilevazione del genoma del Virus dell'Epatite D (HDV) in campioni umani
Disponibilità minima garantita (numero)	160
Disponibilità minima	160 pezzo

garantita.

Identificativo di Registrazione BD/RDM	1322132		
Iniziativa	ME	BENI	Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica
			 ATTIVA 07/06/2017

## Allegati

[Scheda-Tecnica-HDV-RNA-QT-it.pdf](#)

## Ricorda!

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.