

Scheda Prodotto

24/09/2021

CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: LEPDNA.CE.25

€ 875,00 / pezzo

LEGIONELLA PNEUMOPHILA DNA Real-Time PCR - Kit da 25 Reazioni

Fornitore 4BSHOP LAB SRLS

Immunologia delle malattie infettive - Codice CND: W0105010503 - Codice CPV: 33696000-5

MERCATO ELETTRONICO



AREA DI CONSEGNA/EROGAZIONE:
ITALIA



CODICE ARTICOLO FORNITORE
LEPDNA.CE.25

Classificazioni

CND

Classificazione Nazionale
dei Dispositivi Medici

W0105010503

Caratteristiche

Marca

Dia.Pro - Diagnostic Bioprobes

Fornitore

4BSHOP LAB SRLS

Tempo di consegna

25

Tipo di contratto

acquisto

Aggiornamento

2021-09-21 15:01:06.214

Tempo di Consegna

25 giorni lavorativi

Garanzia aggiuntiva
prevista

NO

Lotto minimo per unità
di vendita (numero)

10

Lotto minimo per unità
di vendita

10 pezzo

Unità di misura per

pezzo

| | |
|---|--|
| Unità di misura per disponibilità minima garantita | pezzo |
| Unità di misura per lotto minimo per unità di vendita | pezzo |
| Assistenza aggiuntiva prevista | SI |
| Assistenza aggiuntiva | telefonica |
| Classe prevista | NO |
| Garanzia aggiuntiva | |
| Biomarcatore previsto | SI |
| Campione previsto | SI |
| Codice CPV | 33696000-5 |
| Marca | Dia.Pro - Diagnostic Bioprobes |
| Metodo di analisi | Real-Time PCR |
| Parametri previsti | SI |
| Reagenti previsti | SI |
| Tipologia di reagenti | Master mix, Probes liofili,H2O MG,CRT negativo,CRT liofilo positivo alto e basso ,Cl liofilo |
| Disponibilità minima garantita (numero) | 960 |
| Disponibilità minima garantita. | 960 pezzo |
| Tipologia biomarcatore | marcatore fluorescente FAM, JOE |
| Tipologia di parametri | Sensibilità diagnostica 100%, Specificità diagnostica > 99,5% |
| Tipo di campione | campioni biologici umani |
| Uso previsto | Kit per la rilevazione del genoma del Virus Legionella Pneumophila in campioni umani |

Iniziativa

ME BENI

Ricerca, rilevazione
scientifica e
diagnostica



ATTIVA

07/06/2017

Allegati

[Scheda-Tecnica-LEGIONELLA-PNEUMOPHILA-DNA-it.pdf](#)

Ricorda!

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.