

# Scheda Prodotto

24/09/2021

CODICE ARTICOLO PRODUTTORE: TOXODNA.CE.25

**€ 875,00 / pezzo**

## TOXOPLASMA GONDII DNA Real-Time PCR - Kit da 25 Reazioni

Fornitore [4BSHOP LAB SRLS](#)

Immunologia delle malattie infettive - Codice CND: W0105 - Codice CPV: 33696000-5

**MERCATO ELETTRONICO**



**AREA DI CONSEGNA/EROGAZIONE:**  
ITALIA



**CODICE ARTICOLO FORNITORE**  
TOXODNA.CE.25

### Classificazioni

**CND**

Classificazione Nazionale  
dei Dispositivi Medici

W0105

### Caratteristiche

**Marca**

Dia.Pro - Diagnostic Bioprobes

**Fornitore**

4BSHOP LAB SRLS

**Tempo di consegna**

25

**Tipo di contratto**

acquisto

**Aggiornamento**

2021-09-21 15:00:47.554

**Tempo di Consegna**

25 giorni lavorativi

**Classe**

allegato II elenco B

**Assistenza aggiuntiva  
prevista**

SI


**Assistenza aggiuntiva**

telefonica

**Unità di misura per  
disponibilità minima  
garantita**

pezzo

Unità di misura per lotto minimo per unità di vendita	pezzo
Classe prevista	SI
Garanzia aggiuntiva prevista	NO
Garanzia aggiuntiva	
Biomarcatore previsto	SI
Codice CPV	33696000-5
Reagenti previsti	SI
Lotto minimo per unità di vendita (numero)	10
Lotto minimo per unità di vendita	10 pezzo
Campione previsto	SI
Disponibilità minima garantita (numero)	960
Disponibilità minima garantita.	960 pezzo
Marca	Dia.Pro - Diagnostic Bioprobes
Metodo di analisi	Real-Time PCR
Parametri previsti	SI
Tipologia di reagenti	Master mix, Probes liofilati, H <sub>2</sub> O MG, CRT negativo, CRT liofilo positivo alto e basso, CI liofilo
Tipologia biomarcatore	marcatore fluorescente FAM, JOE
Tipologia di parametri	Sensibilità diagnostica 100%, Specificità diagnostica > 99,5%
Identificativo di Registrazione BD/RDM	1317116

<b>Tipo di campione</b>	plasma e liquido amniotico umano		
<b>Uso previsto</b>	Kit per la rilevazione del genoma del Virus Toxoplasma Gondii in campioni umani		
<b>Iniziativa</b>	<b>ME</b>	<b>BENI</b>	Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica  <b>ATTIVA</b> <b>07/06/2017</b>

## Allegati

[Scheda-Tecnica-TOXOPLASMA-GONDII-DNA-it.pdf](#)

## Ricorda!

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.21 delle Regole del Sistema di e-Procurement della PA, il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile della correttezza, completezza e veridicità delle informazioni contenute nel proprio Catalogo.